



PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl



OK-III.0003.174.2019

Kielce, dnia 22.08.2019 r.

Pan

Kamil Suchański

Radny

Rady Miasta Kielce

Odpowiadając na Pana Interpelację z dnia 19.08.2019 r. dotyczącą ułatwienia dostępu do automatycznego defibrylatora w Urzędzie Miasta Kielce przy Rynku informuję :

1. Niemożliwa jest lokalizacja defibrylatora na zewnątrz budynku Urzędu Miasta, gdyż temperatura przechowywania urządzenia w gotowości do użytku wynosi w granicach od 0 do 50°C, zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
2. Defibrylator zostanie zamontowany w ogólnie dostępnym holu (od strony Rynku) budynku Urzędu Miasta; budynek dozorowany jest całodobowo.

2 poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA
S. Skorupski
Szczepan Skorupski
SEKRETARZ MIASTA